◆ 四国がんセンター基準値

平成24年7月1日

項目名称(略称)	基準値	単位	基準範囲の由来
●一般生化学			
T-Bil	0.3-1.2	mg/dL	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
D-Bil	0.0-0.4	mg/dL	和光純薬　試薬説明書
TP	6.7-8.3	g/dL	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
ALB	4.0-5.0	g/dL	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
AST(GOT)	13-33	U/L	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
ALT(GPT)	男　8-42	U/L	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
	女　6-27		
ALP	115-359	U/L	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
LD(LDH)	119-229	U/L	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
γGT	10-47	U/L	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
CHE	214-466	U/L	福岡県5病院会補正値
AMY	37-125	U/L	NCCLS指針準拠による報告書
U-AMY	74-826	U/L	関東化学　試薬説明書
CK	男　62-287	U/L	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
	女　45-163		
尿P-AMY	50-581	U/L	関東化学　試薬説明書
P-AMY	21-64	U/L	関東化学　試薬説明書
T-CHO	128-219	mg/dL	日本動脈硬化学会ｺﾝｾﾝｻｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
HDL-CHO	40-96	mg/dL	日本動脈硬化学会ｺﾝｾﾝｻｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
LDL-CHO	70-139	mg/dL	
TG	30-149	mg/dL	日本動脈硬化学会ｺﾝｾﾝｻｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
Na	138-146	mEq/l	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
K	3.6-4.9	mEq/l	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
Cl	99-109	mEq/l	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
ｶﾙｼｳﾑ	8.7-10.3	mg/dL	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
IP	2.5-4.7	mg/dL	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
Mg	1.9-3.1	mg/dL	第一化学薬品　試薬説明書
BUN	8-22	mg/dL	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
Cre	男　0.6-1.1	mg/dL	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
	女　0.4-0.7		
UA	男　3.6-7.0	mg/dL	日本痛風・核酸代謝学会ｺﾝｾﾝｻｽｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
	女　2.3-7.0		
NH3	12-66	ug/dL	富士ﾌｨﾙﾑ　試薬説明書
推算GFR	≧90	mL/min/1.73m^2	
GLU	血漿：　80-112	mg/dL	NCCLS指針準拠(福岡県5病院会)
	血清：　69-104		
CRP	＜0．3	mg/dL	
IgG	870-1700	mg/dL	血漿蛋白基準範囲設定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ
IgA	110-410	mg/dL	血漿蛋白基準範囲設定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ
IgM	男　33-190	mg/dL	血漿蛋白基準範囲設定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ
	女　46-260		
●腫瘍ﾏｰｶｰ			
AFP	<7.0	ng/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
NSE	<16.3	ng/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
CA125	<35.0	U/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
CA15-3	<25.0	U/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
CA72-4	<6.9	U/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
PSA高感度	<4.0	ng/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
CEA	<5.0	ng/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
CA19-9	<37.0	U/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
ｼﾌﾗ	<3.5	ng/mL	ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書

項目名称(略称)	基準値	単位	基準範囲の由来
●感染症			
HBs抗原定性	(−)		ｱﾎﾞｯﾄ 試薬説明書
HBs抗原定量	0.00−2.00未満	S/N	ｱﾎﾞｯﾄ 試薬説明書
HBs抗体	(−)		ｱﾎﾞｯﾄ 試薬説明書
HBs抗体定量	0.00−9.99	mIU/mL	ｱﾎﾞｯﾄ 試薬説明書
HCV抗体	(−)		ｱﾎﾞｯﾄ 試薬説明書
HCV抗体定量	1.00未満		ｱﾎﾞｯﾄ 試薬説明書
RPR定性	(−)		積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ 試薬説明書
RPR定量	1未満	R.U.	積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ 試薬説明書
TPLA定性	(−)		積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ 試薬説明書
TPLA定量	10未満	T.U.	積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ 試薬説明書
●血算CBC			
WBC	35.0−85.0	$x10^2/uL$	NCCLS指針準拠(慶応関連病院)
RBC	男 430−570	$x10^4/uL$	NCCLS指針準拠(慶応関連病院)
	女 370−490		
Hb	男 13.5−17.0	g/dL	NCCLS指針準拠(慶応関連病院)
	女 11.5−15.0		
Ht	男 40.0−50.0	%	NCCLS指針準拠(慶応関連病院)
	女 35.0−45.0		
MCV	83−100	fL	NCCLS指針準拠(慶応関連病院)
MCH	28.0−34.0	pg	NCCLS指針準拠(慶応関連病院)
MCHC	32.0−36.0	%	NCCLS指針準拠(慶応関連病院)
PLT	15.0−35.0	$x10^4/uL$	NCCLS指針準拠(慶応関連病院)
ﾚﾁｸﾛ	男 0.67−1.92	%	Clinical Reference Renge(ｼｽﾒｯｸｽ)
	女 0.59−2.07		
●血液像			
好中球	男 41.2−74.7	%	Clinical Reference Renge(ｼｽﾒｯｸｽ)
	女 38.3−71.1		
リンパ球	男 21.2−51.0	%	
	女 21.3−50.2		
単球	男 3.1−8.0	%	
	女 2.7−7.6		
好酸球	男 0.2−8.4	%	
	女 0.2−7.3		
好塩基球	男 0.2−1.8	%	
	女 0.2−2.0		
●凝固			
PT(秒)	9.8−11.8	秒	ｼｽﾒｯｸｽ (正常参考値)
PT活性	85−105	%	ｼｽﾒｯｸｽ (正常参考値)
APTT	25−38	秒	ｼｽﾒｯｸｽ (正常参考値)
HPT	70−130	%	ｼｽﾒｯｸｽ (正常参考値)
Fib	158−360	mg/dL	ｼｽﾒｯｸｽ (正常参考値)
FDP	5以下	ug/mL	ﾅｽｶ 試薬説明書
ATⅢ	75−125	%	ｼｰﾒﾝｽ 試薬説明書
Dﾀﾞｲﾏｰ	1.0以下	ug/mL	ﾅｽｶ 試薬説明書

項目名称(略称)	基準値	単位	基準範囲の由来
●その他			
HbA1c(JDS)	4.3-5.8	%	協和ﾒﾃﾞｨｯｸｽ 試薬説明書
HbA1c(NGSP)	4.6-6.2	%	日本糖尿病学会
TSH	0.500-5.00	μIU/mL	ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
FT3	2.3-4.0	pg/mL	ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
FT4	0.90-1.70	ng/dL	ﾛｼｭ・ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ試薬説明書
●尿一般定性			
ﾀﾝﾊﾟｸ	(-)		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
ﾄｳ	(-)		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
ｳﾛﾋﾞﾘ	(+-)		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
ｹﾄﾝ	(-)		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
ｾﾝｹﾂ	(-)		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
比重	1.006-1.022		臨床検査法提要
pH	5.0-8.0		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ	(-)		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
WBC	(-)		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
ｱｼｮｳｻﾝｴﾝ	(-)		ｱｰｸﾚｲ 試薬説明書
●血液ｶﾞｽ			
pH	7.350-7.450		ｶｲﾛﾝ800ｼﾘｰｽﾞ 取扱説明書
pCO2	35.0-45.0		ｶｲﾛﾝ801ｼﾘｰｽﾞ 取扱説明書
pO2	75.0-100.0		ｶｲﾛﾝ802ｼﾘｰｽﾞ 取扱説明書